

Vyhlásenie o zhode

Identifikačné údaje o výrobcovi :

Názov organizácie -obchodné meno : Hvizdoš Pavol
Adresa : Európska trieda 11, Košice 04013
IČO : 34745769

Identifikačné údaje o prístroji :

Výrobok : Stomatologické svietidlo
Typové označenie : MEDILUX 2HF, MEDILUX 2HFDO
MEDILUX 4HF, MEDILUX 4HFDO
MEDILUX 4HFDO2, MEDILUX 4HFDOST
MEDILUX 4HF2, MEDILUX 4HF2DO
MEDILUX 6HF, MEDILUX 6HFDO
MEDILUX 6HFDO2, MEDILUX 6HFDOST
MEDILUX 6HF2, MEDILUX 6HF2DO

Základné technické údaje : 1NPE 230V/50Hz, tr.1
Intenzita osvetlenia E : 3700 luxov / rada 2HF
5000 luxov / rada 4HF
5200 luxov / rada 6HF
Teplota chromatičnosti : 6000 K

Opis prístroja :

Opis prístroja a jeho funkcie : Zdroj studeného svetla emitovaný žiarivkami s vysokofrekvenčnou elektronikou.
Účel použitia : Osvetlenie pracovného miesta lekára pri ošetrovaní zubov v zubnom lekárstve.

Zoznam technických predpisov, ktorými sa vyhlasuje zhoda :

Posudzovanie zhody výrobku bolo vykonané v zmysle §12 odst.3 písm. b/ zákona **č.264/1999 Z.z.** o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky **č. 392/1999 Z.z.** a **394/1999 Z.z.**

Zoznam harmonizovaných slovenských technických noriem alebo iných technických noriem použitých na posúdenie zhody :

STN EN 60598-1:1997, STN EN 60598-2-25:1997 /Elektrická bezpečnosť - protokol o skúške č. 240100 zo dňa 30.05.2000 uložený v archíve SKTC 101/

STN EN 55011:1995, STN 334200:1981, STN 342890:1972 /Elektromagnetická kompatibilita -protokol o skúške č.E 991177 zo dňa 24.09.1999 uložený v archíve SKTC 101/

Identifikačné údaje o autorizovanej osobe :

SKTC 101, Elektrotechnický výskumný a projektový ústav a.s., Nová Dubnica


Potvrdenie výrobcu :

Potvrdzujem, že vlastnosti prístroja spĺňajú požiadavky podľa zákona č.264/1999 Z.z o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 392/1999 Z.z. a 394/1999 Z.z., a prístroj je **BEZPEČNÝ** za podmienky, že sa bude používať v súlade s návodom na obsluhu.

Dátum a miesto vydania vyhlásenia o zhode : V Košiciach 1. Januára 2003

Meno a funkcia zodpovednej osoby subjektu vydávajúceho vyhlásenie o zhode : Pavol Hvizdoš, majiteľ

a jej podpis



AKÓPIA